



大连计量检验检测研究院有限公司

检定证书

证书编号： 第 22001092068 号

送检单位： 大连市第七人民医院

计量器具名称： 电子血压计

型号/规格： HBP-1300

出厂编号： 03021527LF

制造单位： 欧姆龙（大连）有限公司

检定依据： JJG692-2010 无创自动测量血压计检定规程

检定结论： 合格

批准人： 林雷

核验员： 张文毓

检定员： 丁君成

检定日期 2022 年 10 月 09 日

有效期至 2023 年 10 月 08 日



2111552

计量检定机构授权证书号：(辽)法计(2016)003号
地址：大连市甘井子区西南路1号绿洲园67号
传真：0411-86713880

电话：0411-86713872
邮编：116033
电子信箱：dljlskf@163.com

本院是国家法定计量检定机构				
本证书中的检定结果均可溯源至国际单位制（SI）单位和社会公用计量标准。				
计量检定机构授权证书号：（辽）法计（2016）003号				
本次检定使用的主要计量标准器具				
名称	规格型号	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	溯源机构/ 证书号	有效期至
无创血压分析仪	BPPump2M	MPE: ±0.5mmHg	中国计量科学研究院 YXyx2022-00808	2023-05-15

检定地点： 设备科
 环境条件：
 温度： 21℃ 相对湿度： 42% 其他： /

检定结果

- 1.外观：合格
- 2.静态压力测量范围：合格
- 3.静态压力示值误差： -2 mmHg 最大允许误差 ±4mmHg
- 4.血压示值重复性检定结果： (mmHg)

血压计设定值		血压示值重复性
收缩压	150	/
舒张压	100	/

- 5.气压系统气密性：合格
-以下空白.....

注： 1.本院仅对加盖“大连计量检验检测研究院有限公司检定专用章”的完整证书负责。
 2.检定结果仅对本次所检定的器具有效。