

大连市第七人民医院医用冷藏箱采购

询价采购文件

项目编号：DLQY2023-09261

采 购 人：大连市第七人民医院

日 期： 2023 年 10 月

第一章 询价须知

大连市第七人民医院医用冷藏箱采购

询价须知

项目编号：DLQY2023-09261

适用范围

本文件中所用下列名词的含义在此予以确定。

- 1、“采购人”系指大连市第七人民医院。
- 2、“供应商”系指按询价文件要求提供报价文件的供应商。
- 3、“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

大连市第七人民医院就医用冷藏箱进行询价采购。各供应商对询价采购的货物须一次性报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

一、大连市第七人民医院医用冷藏箱采购

预算价：人民币 20000.00 元（大写：贰万元整）

二、项目编号：DLQY2023-09261

三、采购内容：

医用冷藏箱 2 台。

具体见第二章。

四、供应商资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，具有本项目服务能力的供应商；

2. 经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）、“信用大连”（credit.dl.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

五、报价文件组成：

报价函，供应商资格材料；

六、付款方式：

货物到货安装调试完毕且验收合格后，乙方提供正规全额发票，甲方支付合同总价款的百分之九十（90%），其余的百分之十（10%）1年后无质量问题一次性付清（无息）。

七、报价函编制说明：

(1) 报价单要注明投标总价。

(2) 报价应为供应商提供服务的全部费用（包括设备运输及安装调试等相关费用），

在合同执行过程中，此价格不能改变，报价应以人民币报价，报价函应加盖公章予以确认。

八、成交标准：

（一）成交供应商应是符合采购文件要求，并能圆满履行合同的供应商。

（二）采购人从询价小组推荐的成交候选供应商中，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

九、询价程序：

采购人组成询价小组，每一供应商只允许提出一个报价，而且不许改变。询价小组不得同某一供应商就其报价进行交涉。询价小组分别对各供应商报价文件进行评价并推荐成交候选供应商。采购人根据询价小组推荐情况，最终确定成交供应商。

十、成交通知：

（一）采购人确定成交供应商。

（二）采购人发布成交通知书。

十一、报价文件递交时间、地点及报价文件递交截止时间：

报价文件密封后加盖单位公章，于 2023 年 10 月 10 日 15 时前送达或邮寄至大连市第七人民医院采购办。地址：大连市高新区凌水路 179 号大连市第七人民医院 5 号楼，联系电话：0411-84514027、84514320。

报价文件递交截止时间：2023 年 10 月 10 日 15 时整（北京时间）。

第二章 采购需求

一、技术要求：

（一）医用冷藏箱 1 台

- ★1. 有效容积 $\geq 300\text{L}$ ；
- 2. 温度控制:微电脑控制，箱内控温范围 $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ ，LED 数码管显示，实时显示箱内温度；控温精度显示精度均为 0.1°C ；
- 3. 立式，单开真空玻璃门体，采用 LBA 无氟发泡，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用 PS 吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；
- ★4. 采用碳氢制冷剂，节能环保、性能稳定；
- 5. 制冷系统采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；
- ★6. 门体双层钢化 LOW-E 玻璃并拥有上吹风，门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门；
- 7. 安全系统：多重故障报警，以及具有蜂鸣报警、灯光闪烁等报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警等；
- 8. 产品配有测试孔，方便客户接入其他设备对箱内温度进行监测；
- 9. 多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配不少于 6 个搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条；
- 10. 节能降噪：低噪音，噪音低于 41 分贝；
- 11. 柜内照明设有 LED 照明灯。
- 12. 配备 4 个万向脚轮以及 2 个止动底脚，便于移动且固定方便。
- 13. 冷凝水汇集后可自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。
- 14. 断电报警：满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少 24 小时。
- ★15. 安全保障：门体带暗锁，同时用户可配置挂锁，双重安全保障。

（二）医用冷藏冷冻箱 1 台

- ★1. 有效容积 $\geq 310\text{L}$ ，冷藏室容积 $\geq 210\text{L}$ ，冷冻室容积 $\geq 100\text{L}$ ；
- ★2. 微电脑控制，触摸按键，大屏幕 LED 显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度 0.1°C ，冷冻室控制、显示精度 1°C ，冷藏室温度范围 $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ ，冷冻室温度范围 $-10\sim -30^{\circ}\text{C}$ ，用户可自行调节温度；
- 3. 箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金内胆；
- 4. 采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；门体采用低于 90° 自关， 90° 以上悬停设计，防止用户忘记关门、便于用户取拿存储物；
- ★5. 采用双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；
- 6. 具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配 485 接口；
- 7. 产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测；
- 8. 冷藏室配有不少于 3 个蘸塑搁板；冷冻室配有不少于 2 个蘸塑搁架，也可以选配抽屉；
- 9. 内设 LED 照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；
- 10. 产品配有 4 个脚轮和 2 个平衡底脚，移动方便，固定可靠；
- ★11. 冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，同时冷藏室配置 1 个暗锁，满足多人管理的安全要求；
- 12. 内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少 24

小时；

13. 冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜；
14. 当门打开，冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定，实现节能降耗；
15. 冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少；
16. 产品标配 Wifi 接口，可改制 485 接口，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒。

二、商务要求：

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。并附有产品许可证、产品合格证、检测报告、保修卡、使用说明、维修指南、服务手册等。
2. 乙方提供货物的质量保证期为自交货验收合格之日起不少于 2 年。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
3. 终身免费上门维修，售后电话响应时间为 2 小时，12 小时内上门维修设备，24 小时内完成维修服务。
4. 签定合同后 30 个工作日内送货到指定地点，并安排专人进行安装调试。
5. 交付使用后，免费提供技术培训。软件免费升级更新，定期维护设备，根据用户情况可以随时进行线上或者线下培训。

第三章 报价文件格式样本

资格证明文件

(一) 法人营业执照副本复印件或其他组织机构证明文件

规格技术及商务要求响应及偏离表

序号	货物名称	采购文件技术参数要求	响应技术参数	偏离程度	偏离说明

注：（1）招标文件技术参数要求在投标文件第二章项目需求及技术要求中有明确规定。

（2）投标文件响应技术参数内容由投标人填写，“★”号条款必须填写并响应，未响应“★”号条款的投标文件为无效。

（3）“偏离程度”一栏根据“投标文件响应技术参数”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用“正偏离、负偏离、无偏离”三个名称中的一种进行标注。

（4）“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明，可另附页并标注页码。

（5）本表中填写的响应内容应与实际供货内容相一致。存在虚假行为的，供应商应依法承担有关法律责任。

（6）本文件应按规定签署，否则视为该文件无效。

法定代表人(签字或盖章)或被授权人（签字）：

投标人公章：

信用承诺书

致：大连市第七人民医院

我单位在参与_____采购活动中，自愿作出承诺：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求，我单位符合以下条件：

1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3. 参加政府采购活动的前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料的法律责任。

承诺供应商（公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

