



大连计量检验检测研究院有限公司

检定证书

证书编号：第 23001833726 号

送检单位：大连市第七人民医院

计量器具名称：电子血压计

型号/规格：HBP-1300

出厂编号：03021528LF

制造单位：欧姆龙（大连）有限公司

检定依据：JJG692-2010 无创自动测量血压计检定规程

检定结论：合格

批准人：_____

核验员：_____

检定员：_____

检定日期 2023 年 08 月 21 日

有效期至 2024 年 08 月 20 日



2201397

计量检定机构授权证书号：(辽)法计(2016)003号
地址：大连市甘井子区西南路1号绿洲园67号
传真：0411-86713880

电话：0411-86713872
邮编：116033
电子信箱：dljlskf@163.com

本院是国家法定计量检定机构

本证书中的检定结果均可溯源至国际单位制（SI）单位和社会公用计量标准。

计量检定机构授权证书号：（辽）法计（2016）003号

本次检定使用的主要计量标准器具

名称	规格型号	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	溯源机构/ 证书号	有效期至
无创血压分析仪	BPPump2M	MPE: $\pm 0.5\text{mmHg}$	中国计量科学研究院 YXyx2023-01151	2024-05-08

检定地点：设备科

环境条件：

温度：

21 °C

相对湿度：

42 %

其他： /

检定结果

- 1.外观检查：合格
- 2.静态压力测量范围：合格
- 3.静态压力示值误差检定结果： -2 mmHg 最大允许误差 $\pm 4\text{mmHg}$
- 4.血压示值重复性检定结果：(mmHg)

血压计设定值		血压示值重复性
收缩压	150	2.1
舒张压	100	2.1

- 5.气压系统气密性：合格

.....以下空白.....

注：1.本院仅对加盖“大连计量检验检测研究院有限公司检定专用章”的完整证书负责。

2.检定结果仅对本次所检定的器具有效。